

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO				
EMPRESA OFERTANTE LOTE 8 01.08.02. CAMAS HOSPITALARIAS	STRYKER IBERIA, SL	STRYKER IBERIA, SL	STRYKER IBERIA, SL	STRYKER IBERIA, SL
Categoría ofertada 01.08.02.00.xxxx	080200-CAMAS HOSPITALARIAS	080200-CAMAS HOSPITALARIAS	080200-CAMAS HOSPITALARIAS	080200-CAMAS HOSPITALARIAS
Identificación configuración producto ofertado de serie valorada				
Serie o programa de categoría 08.02	01.08.02.00.0045 SV2 000	01.08.02.00.0046 SV2 100	01.08.02.00.0047 SV2 200	01.08.02.00.0048 SV2 300
Marca del producto	Stryker	Stryker	Stryker	Stryker
Fabricante del producto	Stryker	Stryker	Stryker	Stryker
Características de los bienes				
Descripción general producto (forma, estilo, configuraciones, funcionalidades y notas más características)	Batería auxiliar• Motores Linak DC (para un funcionamiento silencioso)• Indicador de cama baja• RCP manual en ambos lados del respaldo• Elevación eléctrica• Reposapiernas eléctrico• Respaldo eléctrico• Barandillas laterales bloqueables y plegables• Ruedas de banda simple• Secciones del lecho extraíbles sin herramientapara su limpieza• Cabecero y piecero extraíbles sin herramienta• Controles laterales dobles Linak• Esperanza de vida útil de diez (10) años• Pedales de dirección con freno y neutrales en las cuatro esquinas• Una rueda antiestática para conectar la estructura a tierra• Paragolpes• Pedal fácilmente ajustable para posicionamiento de rodilla y elevación de pie• Estructura metálica con pintura electrostática• Indicadores de ángulo para el respaldo• Indicadores de ángulo para Trendelenburg y Antitrendelenburg (ángulo de la cama)• Protección IPX4 contra las salpicaduras de líquidos• IEC 60601-1:2012 (edition 3.1)• IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015 (edition 1.1)• IEC 60601-1-2:2014 (edition 4.0)	• Batería auxiliar• Motores Linak DC (para un funcionamiento silencioso)• Indicador de cama baja• RCP manual en ambos lados del respaldo• Elevación eléctrica• Reposapiernas eléctrico• Respaldo eléctrico• Barandillas laterales bloqueables y plegables• Ruedas de banda simple• Secciones del lecho extraíbles sin herramientapara su limpieza• Cabecero y piecero extraíbles sin herramienta• Controles laterales dobles Linak• Esperanza de vida útil de diez (10) años• Pedales de dirección con freno y neutrales en las cuatro esquinas• Una rueda antiestática para conectar la estructura a tierra• Paragolpes• Pedal fácilmente ajustable para posicionamiento de rodilla y elevación de pie• Estructura metálica con pintura electrostática• Indicadores de ángulo para el respaldo• Indicadores de ángulo para Trendelenburg y Antitrendelenburg (ángulo de la cama)• Protección IPX4 contra las salpicaduras de líquidos• IEC 60601-1:2012 (edition 3.1)• IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015 (edition 1.1)• IEC 60601-1-2:2014 (edition 4.0)	Batería auxiliar• Motores Linak DC (para un funcionamiento silencioso)• Indicador de cama baja• RCP manual en ambos lados del respaldo• Elevación eléctrica• Reposapiernas eléctrico• Respaldo eléctrico• Barandillas laterales bloqueables y plegables• Ruedas de banda simple• Secciones del lecho extraíbles sin herramientapara su limpieza• Cabecero y piecero extraíbles sin herramienta• Controles laterales dobles Linak• Esperanza de vida útil de diez (10) años• Pedales de dirección con freno y neutrales en las cuatro esquinas• Una rueda antiestática para conectar la estructura a tierra• Paragolpes• Pedal fácilmente ajustable para posicionamiento de rodilla y elevación de pie• Estructura metálica con pintura electrostática• Indicadores de ángulo para el respaldo• Indicadores de ángulo para Trendelenburg y Antitrendelenburg (ángulo de la cama)• Protección IPX4 contra las salpicaduras de líquidos• IEC 60601-1:2012 (edition 3.1)• IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015 (edition 1.1)• IEC 60601-1-2:2014 (edition 4.0)	Batería auxiliar• Motores Linak DC (para un funcionamiento silencioso)• Indicador de cama baja• RCP manual en ambos lados del respaldo• Elevación eléctrica• Reposapiernas eléctrico• Respaldo eléctrico• Barandillas laterales bloqueables y plegables• Ruedas de banda simple• Secciones del lecho extraíbles sin herramientapara su limpieza• Cabecero y piecero extraíbles sin herramienta• Controles laterales dobles Linak• Esperanza de vida útil de diez (10) años• Pedales de dirección con freno y neutrales en las cuatro esquinas• Una rueda antiestática para conectar la estructura a tierra• Paragolpes• Pedal fácilmente ajustable para posicionamiento de rodilla y elevación de pie• Estructura metálica con pintura electrostática• Indicadores de ángulo para el respaldo• Indicadores de ángulo para Trendelenburg y Antitrendelenburg (ángulo de la cama)• Protección IPX4 contra las salpicaduras de líquidos• IEC 60601-1:2012 (edition 3.1)• IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015 (edition 1.1)• IEC 60601-1-2:2014 (edition 4.0)
Descripción específica de las distintas partes del tipo de producto				
Estructura				
Descripción general de la estructura	Acero pintado en Epoxy de alta resistencia contratamiento antibacteriano	Acero pintado en Epoxy de alta resistencia contratamiento antibacteriano	Acero pintado en Epoxy de alta resistencia contratamiento antibacteriano	Acero pintado en Epoxy de alta resistencia contratamiento antibacteriano
Descripción de la estructura de cada una de las partes.	Cabecero, piecero y barandillas en ABS, lecho en ABS HPL	Cabecero, piecero y barandillas en ABS, lecho en ABS HPL	Cabecero, piecero y barandillas en ABS, lecho en ABS HPL	Cabecero, piecero y barandillas en ABS, lecho en ABS HPL
Materiales				
Materiales generales del tipo de producto	Acero pintado en Epoxy de alta resistencia con tratamiento antibacteriano, cabecero, piecero y barandillas en ABS y HPL	Acero pintado en Epoxy de alta resistencia con tratamiento antibacteriano, cabecero, piecero y barandillas en ABS y HPL	Acero pintado en Epoxy de alta resistencia con tratamiento antibacteriano, cabecero, piecero y barandillas en ABS y HPL	Acero pintado en Epoxy de alta resistencia con tratamiento antibacteriano, cabecero, piecero y barandillas en ABS y HPL
Otros materiales utilizados, en su caso, en otras partes del producto				
Rango de dimensiones				
Largo (mm)	2200mm a 2500mm	2200mm a 2500mm	2200mm a 2500mm	2200mm a 2500mm
Profundidad/Fondo (mm)	860mm a 990mm	860mm a 990mm	860mm a 990mm	860mm a 990mm
Altura (mm)	370mm a 750mm	370mm a 750mm	370mm a 750mm	370mm a 750mm
Elementos no estructurales y acabados				
Descripción elementos exteriores no estructurales		Portasueros extensible, triángulo incorporador, colchón viscoelástico	Quinta rueda, Ruedas dobles, mando de enfermería, colchón viscoelástico, portasueros extensibles, triángulo incorporador	Quinta rueda, Ruedas dobles, mando de enfermería, colchón viscoelástico, portasueros extensibles, triángulo incorporador, extensión con bandeja, respaldo radio transparente, mando de paciente, luz bajo la cama
Descripción de elementos interiores no estructurales	N/A	N/A	N/A	N/A
Acabados estándar disponibles y sus características	Elección tres colores	Elección tres colores	Elección tres colores	Elección tres colores
Acabados nivel superior disponibles y sus características	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras características				
Otras características relevantes	Posición de examinación clínica	Posición de examinación clínica	Posición de examinación clínica	Posición de examinación clínica
Observaciones				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)				
Precio o intervalo de precios (sin IVA)	Condiciones comunes L8: CONDICIONES LOTE 8. Plazo garantía (meses): 72. Plazo disponibilidad recambios(meses): 72. Plazo entrega hasta 30.000€ (días hab): 10. Plazo entrega de 30.000,01€ a 80.000€ (días hab): 15. Plazo entrega superior a 80.000€ no SARA días hab: 20. Información series o programas valoradas. Crit.6.1: Sí. Información resto de bienes ofertados Crit. 6.2: Sí. Filtros de búsqueda. Crit 6.3: Sí. Código de control (€): 0,00	Condiciones comunes L8: CONDICIONES LOTE 8. Plazo garantía (meses): 72. Plazo disponibilidad recambios(meses): 72. Plazo entrega hasta 30.000€ (días hab): 10. Plazo entrega de 30.000,01€ a 80.000€ (días hab): 15. Plazo entrega superior a 80.000€ no SARA días hab: 20. Información series o programas valoradas. Crit.6.1: Sí. Información resto de bienes ofertados Crit. 6.2: Sí. Filtros de búsqueda. Crit 6.3: Sí. Código de control (€): 0,00	Condiciones comunes L8: CONDICIONES LOTE 8. Plazo garantía (meses): 72. Plazo disponibilidad recambios(meses): 72. Plazo entrega hasta 30.000€ (días hab): 10. Plazo entrega de 30.000,01€ a 80.000€ (días hab): 15. Plazo entrega superior a 80.000€ no SARA días hab: 20. Información series o programas valoradas. Crit.6.1: Sí. Información resto de bienes ofertados Crit. 6.2: Sí. Filtros de búsqueda. Crit 6.3: Sí. Código de control (€): 0,00	Condiciones comunes L8: CONDICIONES LOTE 8. Plazo garantía (meses): 72. Plazo disponibilidad recambios(meses): 72. Plazo entrega hasta 30.000€ (días hab): 10. Plazo entrega de 30.000,01€ a 80.000€ (días hab): 15. Plazo entrega superior a 80.000€ no SARA días hab: 20. Información series o programas valoradas. Crit.6.1: Sí. Información resto de bienes ofertados Crit. 6.2: Sí. Filtros de búsqueda. Crit 6.3: Sí. Código de control (€): 0,00
Enlaces				
Enlace a la identificación del producto en el catálogo accesible en internet	<a href="https://stryker-my.sharepoint.com/">https://stryker-my.sharepoint.com/</a>	<a href="https://stryker-my.sharepoint.com/">https://stryker-my.sharepoint.com/</a>	<a href="https://stryker-my.sharepoint.com/">https://stryker-my.sharepoint.com/</a>	<a href="https://stryker-my.sharepoint.com/">https://stryker-my.sharepoint.com/</a>
Enlace a instrucciones de uso y mantenimiento del producto	<a href="https://patientcare.eu.stryker.com/en-gb/sv2">https://patientcare.eu.stryker.com/en-gb/sv2</a>	<a href="https://patientcare.eu.stryker.com/en-gb/sv2">https://patientcare.eu.stryker.com/en-gb/sv2</a>	<a href="https://patientcare.eu.stryker.com/en-gb/sv2">https://patientcare.eu.stryker.com/en-gb/sv2</a>	<a href="https://patientcare.eu.stryker.com/en-gb/sv2">https://patientcare.eu.stryker.com/en-gb/sv2</a>
Otros enlaces (acabados del producto y/u otra información adicional)				
Certificaciones				
Certificaciones de producto	Producto: CAMAS HOSPITALARIAS. Marca: Stryker. Serie o programa: SV2 000. Fabricante: Stryker. ISO14006 : NO DISPONIBLE. EN 60601-2-52: Sí, POR 3ª ACREDITADO OTROS. Emisor cert EN 60601-2-52:IEC. Id. acreditación emisora EN 60601-2-52: DK-62990-M1-UL. Cód. cert. EN 60601-2-52: DK-62990-M1-UL. Año emisión EN 60601-2-52: 2.017. Código de control (€): 0,00	Producto: CAMAS HOSPITALARIAS. Marca: Stryker. Serie o programa: SV2 100. Fabricante: Stryker. ISO14006 : NO DISPONIBLE. EN 60601-2-52: Sí, POR 3ª ACREDITADO OTROS. Emisor cert EN 60601-2-52:IEC. Id. acreditación emisora EN 60601-2-52: DK-62990-M1-UL. Cód. cert. EN 60601-2-52: DK-62990-M1-UL. Año emisión EN 60601-2-52: 2.017. Código de control (€): 0,00	Producto: CAMAS HOSPITALARIAS. Marca: Stryker. Serie o programa: SV2 200. Fabricante: Stryker. ISO14006 : NO DISPONIBLE. EN 60601-2-52: Sí, POR 3ª ACREDITADO OTROS. Emisor cert EN 60601-2-52:IEC. Id. acreditación emisora EN 60601-2-52: DK-62990-M1-UL. Cód. cert. EN 60601-2-52: DK-62990-M1-UL. Año emisión EN 60601-2-52: 2.017. Código de control (€): 0,00	Producto: CAMAS HOSPITALARIAS. Marca: Stryker. Serie o programa: SV2 300. Fabricante: Stryker. ISO14006 : NO DISPONIBLE. EN 60601-2-52: Sí, POR 3ª ACREDITADO OTROS. Emisor cert EN 60601-2-52:IEC. Id. acreditación emisora EN 60601-2-52: DK-62990-M1-UL. Cód. cert. EN 60601-2-52: DK-62990-M1-UL. Año emisión EN 60601-2-52: 2.017. Código de control (€): 0,00
Etiqueta ecológica de la UE, en su caso.				
Otras certificaciones disponibles				